ComfortSystem

BESIKTNINGSPROTOKOLL

och smörjschema för vårdsäng Qvintett och Qvartett

Datum:.....

Tillsyn utförts av:.....

Åtgärder utförda av: .....

Smörjning utförd enl. smörjschema av: .....

.....

Adress:.....

.....

Rumsnummer: .....

ID nummer på sängen:.....

ID nummer på sänglyften: .....

För ökad säkerhet, minskat slitage och högre prestanda följ dessa punkter från 1.1 - 5.3. I denna instruktion har ett antal punkter fått symbolen 1 eller 2. Dett är en påminnelse om smörjning. = smörj med Prime. = smörj med litsiumfett.

Efter smörjning torka bort allt överflödigt fett.

Iakttag stor varsamhet var noga med att undvika spill av smörjmedel på golv och kringliggande miljö. Spill av smörjmedel på golv är en stor säkerhetsrisk "halkrisk".

KONTROLLPUNKT:	Utan anm.	Åtgärdas	Åtgärdat	Smörjning utförd
1 ELEKTRONIK				
1.1 Sladd från vägguttag samt kontakt är oskadd.....	☐	☐	☐	
1.2 Grön kontroll-lampa lyser.....	☐	☐	☐	
1.3 Sladdar och kontakter är oskadda och rätt anslutna:				
1.3.1 Ryggmotor	☐	☐	☐	
1.3.2 Fotmotor	☐	☐	☐	
1.3.3 Lyftmotor	☐	☐	☐	
1.3.4 Manöverdon	☐	☐	☐	
1.3.5 Eventuellt ansluten batterilåda.....	☐	☐	☐	
2 SÄNGLYFT				
2.1 Sänglyftens arbetsområde, ca 50 cm	☐	☐	☐	
2.2 Synliga skador på lyftmekanik	☐	☐	☐	
2.3 Skador eller onaturligt stort glapp på infästningar och leder.....	☐	☐	☐	
2.4 Lager och lagerbanor. Torka rent smörj på nytt.....	☐	☐	☐	☐
2.5 Lyftmotorns infästningspunkter, sprintar och låsringar sitter i ordentligt och är säkrade	☐	☐	☐	☐
2.6 Synliga yttre skador på lyftmotor	☐	☐	☐	
2.7 Länkhjul alt. Centrallåsning.....	☐	☐	☐	

ComfortSystem

Comfort System Scandinavia AB • Box 4034 • SE-561 04 Huskvarna, Sweden • Tel +46 (0) 36 515 90 • Fax +46 (0) 36 500 01 • www.comfortsystem.se

KONTROLLPUNKT:

3 SÄNGBOTTEN

	Utan anm.	Åtgärdas	Åtgärdat	Smörjning utförd
3.1 Synliga skador på sängbotten-mekanik	☐	☐	☐	
3.2 Infästningar för rygg och lårdel är oskadda och ej har onaturligt stort glapp	☐	☐	☐	☐
3.3 Ryggdel går upp i ca 75 grader	☐	☐	☐	
3.4 Plastgångjärn i ryggdel är oskadda och att sprint/låsring är intakt. Spänn isär smörj glidytor och sprintar	☐	☐	☐	☐
3.5 Träribbor och infästningar är oskadda och att träribbor sitter på plats	☐	☐	☐	
3.6 Synliga skador på ryggmotor	☐	☐	☐	
3.7 Infästningspunkt för ryggmotor är oskadd och ej har onaturligt stort glapp	☐	☐	☐	
3.8 Ryggmotorns sprintar sitter i ordentligt och är säkrade	☐	☐	☐	☐
Gäller QVINTETT-modell				
3.9 Fotdelen går upp i högläge	☐	☐	☐	
3.10 Fotdelen går ner i hjärtläge	☐	☐	☐	
3.11 Plastgångjärn i lår-/fotdel är oskadda och att sprint/låsring är intakt	☐	☐	☐	☐
3.12 Synliga skador på fotmotor	☐	☐	☐	
3.13 Infästningspunkt för fotmotor är oskadd och ej har onaturligt stort glapp	☐	☐	☐	
3.14 Fotmotorns sprintar sitter i ordentligt och är säkrade	☐	☐	☐	☐
Gäller QVARTETT-modell				
3.15 Fotdel går att höja manuellt	☐	☐	☐	

4 GRINDAR

4.1 Synliga skador på grinden	☐	☐	☐	
4.2 Grinden löper lätt	☐	☐	☐	
4.3 Grinden låser på riktigt sätt	☐	☐	☐	

5 SÄNGRAM

Gäller sängram med integrerad grind				
5.1 Dra åt skruvarna som håller gavlarna OBS! Skruvar i grindbommar får EJ röras	☐	☐	☐	
5.2 Spåret i vilket grinden löper. Spraya samtliga ytor i spåret	☐	☐	☐	☐
Gäller övriga sängramar				
5.3 Dra åt samtliga skruvarna som håller gavlar och långsidor	☐	☐	☐	

ComfortSystem